

INFORMATION BOHRER ZERAMEX® P6

Die Information betrifft alle Bohrer des ZERAMEX® P6 Systems! Für das ZERAMEX® P6 System sind neue Bohrer im Sortiment, die sich optisch von den Vorgängern unterscheiden.

Zusätzliche Lasermarkierungen

Der Unterschied ist rein optisch. Die neuen Bohrervarianten verfügen lediglich über **zwei zusätzliche Lasermarkierungen** (siehe Bilder).

Diese zusätzlichen Lasermarkierungen sind produktionsbedingte Vorbereitungen des Bohrerherstellers für neue Implantatsysteme und haben **keine Auswirkungen auf die Arbeitsweise** des ZERAMEX® P6 Systems.

Konformität der Bohrprotokolle überprüfen und aktualisieren

Um eine fachgemäße Handhabung gewährleisten zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Sie über das zu Ihren Bohrern passende ZERAMEX® P6 Bohrprotokoll verfügen.

Besitzen Sie ein Bohrprotokoll, das nicht mehr mit Ihren Bohrern kompatibel ist, können Sie über den normalen Bestellservice kostenlos die benötigte Version der ZERAMEX® P6 Bohrprotokolle bestellen.

Lasermarkierungen

